



Техническая спецификация к тендерной документации
«Тендер по закупке лекарственных средств и медицинских изделий на 2024 год»

№	Наименование	Ед.изм	Техническая характеристика
1	Дилуэнт Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (Diluent 20l, Drypack) адаптирован для Гематологического анализатор MicroCC-20 Plus	шт	1. Объем канистры 20 литров (Из полупрозрачного материала для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер < 0,6% Консервант < 0,4% Не содержит азиды натрия 3. Физико-химические свойства: pH реагента, в пределах 7±0,3 Электропроводность, в пределах 18,3±0,3 мСм/см Фон по РЛТ, не более 10*109 л-1 3. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. 5. Отметка на упаковке о дате изготовления. Количество тестов : 1000
2	Лизирующий Раствор (1 л)/(Lytic Reagent (1l) адаптирован для Гематологического анализатор MicroCC-20 Plus	шт	Уровень реагентов) 2. Концентрация активных компонентов Четвертичная аммониевая соль < 5,0% Не содержит цианид 3. Внешний вид – бесцветная прозрачная пенящаяся жидкость 5. Отметка на упаковке о дате изготовления. Количество тестов : 1500
3	Ферментативный Очиститель 1л/ Драйпак (Enzymatic Cleaner 1l) Drypack адаптирован для Гематологического анализатор MicroCC-20 Plus	шт	1. Объем флакона 1л (Из полупрозрачного материала с градуировкой для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер < 5 % Детергент < 0,5% Протеолитический фермент < 1,0% Консервант < 0,4% Краситель < 0,001% 3. Внешний вид – прозрачная пенящаяся жидкость голубого цвета. 4. Характеристика раствора – Ферментативный. 5. Отметка на упаковке о дате изготовления.
4	Ферментативный Очиститель Концентрат 50мл. / (Enzymatic Cleaner Concentrate 50ml) адаптирован для Гематологического анализатор MicroCC-20 Plus	шт	1. Объем флакона 50мл (Из полупрозрачного материала для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий гипохлорит < 5% 3. Внешний вид – прозрачный бесцветный, или желтоватого оттенка. 4. Характеристика раствора – гипохлорит натрия 5. Срок годности, не менее 12 месяцев. 6. Отметка на упаковке о дате изготовления. Отметка на упаковке о дате изготовления. Количество тестов : 3000
5	Контрольная кровь, Рагн 12 Extend 3*2,5мл (1L, 1N, 1H)	наб	Реагент содержит компоненты стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы. Количество тестов : 2500

7	Изотонический разбавитель адаптирован для Гематологического анализатор Swelab Alfa	шт	Изотонический разбавитель Swelab Alfa
8	Лизирующий раствор адаптирован для Гематологического анализатор Swelab Alfa	шт	Лизирующий раствор Swelab Alfa 5л
9	Реагенты Boule Swelab Alfa (контрольные образцы крови) адаптирован для Гематологического анализатор Swelab Alfa	наб	Реагенты Boule Swelab Alfa (контрольные образцы крови)
11	Антиген кардиолипидный для микрореакции	наб	Антиген кардиолип. для реакции микропреципитации
12	Глицерин	кг	Глицерин
13	Ушные палочки	уп	Ушные палочки №200
14	Игла одноразовая стерильная двухсторонняя с Люер-адаптером с камерой визуализации, размер 21Gзеленый	шт	Игла одноразовая стерильная двухсторонняя с Люер-адаптером с камерой визуализации, размер 21Gзеленый
15	Игла одноразовая стерильная двухсторонняя с Люер-адаптером с камерой визуализации, размер 22G черный	шт	Игла одноразовая стерильная двухсторонняя с Люер-адаптером с камерой визуализации, размер 22G черный
17	Эритроцит поликлон анти -А 10 мл №10	уп	Эритроцит поликлон анти -А 10 мл №10
18	Эритроцит поликлон анти -В 10 мл №10	уп	Эритроцит поликлон анти -В 10 мл №10
19	Эритроцит поликлон анти -AB 10 мл №10	уп	Эритроцит поликлон анти -AB 10 мл №10
20	Эритроцит поликлон анти Д 10мл для определение	уп	Эритроцит поликлон анти Д, резус 10мл для определение резус фактора